

表 8 验收结论

验收组结论:

验收比对监测期间,现场安装规范,仪器基本功能和应用要求满足;监测方法使用正确,测量过程参数设置满足要求,在线监测系统中化学需氧量(COD_{Cr})、氨氮(NH₃-N)、pH值比对监测结果均符合《水污染源在线监测系统(COD_{Cr}、NH₃-N等)验收技术规范》HJ354-2019)的要求;网络传输正常,监控中心平台上传污染源监测数据与现场监测站房监测数据一致,满足验收要求。

验收组成员:

陈清 黎晓

2022 年 12 月 27 日

表 9 验收组成员

序号	验收组职务	姓名	工作单位	职务/职称	签字
1	建设单位	王俊中	盐城市城市管理局	科长	王俊中
2	建设单位	顾群	盐城市城市管理局	科员	顾群
3	专家	陶建清	盐城师范学院	教授	陶建清
4	专家	费正皓	盐城师范学院	教授	费正皓
5	监测单位	王健	江苏方露检测科技服务有限公司	工程师	王健
6	监测单位	张龙龙	江苏方露检测科技服务有限公司	工程师	张龙龙
7	运维单位	钱健	盐城市博奥网络科技有限公司	运维人员	钱健